Τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του SARS-CoV-2 για προσωπική χρήση (με κολλοειδή χρυσό)

(σε δείγμα σιέλου)

Συνοπτικές οδηγίες

REF: LFA0401-1N

华迈兴微 watmind

Προετοιμασία

1. Ανοίξτε τη συσκευασία του τεστ και ελέγξτε το περιεχόμενο.
2. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν κάνετε το τεστ.

Περιεχόμενα :

1 × συσκευή δοκιμής
1 × αποστειρωμένος στυλεός μίας χρήσης
1 × σωλήνας εξαγωγής δειγμάτων
1 × οδηγίες χρήσης



3. Ανοίξτε τη συσκευασία και τοποθετήστε τη συσκευή σε μία καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε κανένα μέρος στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

Βήμα 1. Διαδικασία δειγματοληψίας

1. Ανοίξτε τη συσκευασία του στυλεού και αφαιρέστε τον στυλεό.

2. Συλλογή δειγμάτων σιέλου:
Πιέστε με την άκρη της γλώσσας στο κάτω και πίσω μέρος της γνάθου ώστε να συγκεντρωθεί ο σίελος. Τοποθετήστε τον αποστειρωμένο στυλεό μίας χρήσης κάτω από τη γλώσσα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, περιστρέψτε τον 5 φορές ή περισσότερο έως ότου έχει διαποτιστεί εντελώς.



Βήμα 2. Εξαγωγή δείγματος

1. Ανοίξτε το κάτω πώμα του σωλήνα, ο οποίος είναι γεμάτος με διάλυμα λήψης δειγμάτων.
2. Βάλτε τον στυλεό στον σωλήνα εξαγωγής και έπειτα βυθίστε πλήρως την κεφαλή τού στυλεού στο δείγμα.
3. Αναμίξτε καλά το διάλυμα, περιστρέφοντας και πιέζοντας καλά τον στυλεό στα τοιχώματα του σωλήνα τουλάχιστον 10 φορές και πιέστε με τα δάχτυλα τον σωλήνα 5 φορές, ώστε το δείγμα του στυλεού να διαλυθεί πλήρως στο διάλυμα εξαγωγής.



4. Λυγίστε την κεφαλή του στυλεού και αφήστε τον μέσα στον σωλήνα.

5. Κλείστε το κάτω πώμα του σωλήνα και περιστρέψτε τον σωλήνα 5-6 φορές.

6. Ανοίξτε το άνω πώμα του σωλήνα.

Βήμα 3. Διαδικασία δοκιμής

1. Προσθέστε 100μl (3 σταγόνες) του δείγματος στην κοιλότητα της συσκευής. Κλείστε το άνω πώμα του σωλήνα.



2. Περιμένετε για 15 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια αυτών των 15 λεπτών, η συσκευή δεν πρέπει να μετακινηθεί ή να ταρακουνηθεί.

Βήμα 4. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

1. Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα του τεστ μετά από 15-20 λεπτά.

θετικό

αρνητικό

άκυρο

Το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να επαληθευτεί με μοριακό τεστ (PCR). Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον (οικογενειακό) ιατρό ή το τοπικό παράρτημα υγείας. Οι σημαντικές ιατρικές αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται χωρίς τη συνδρομή ιατρού. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ψευδώς θετικού ή ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό αλλά εξακολουθείτε να έχετε συμπτώματα όπως βήχας, πυρετός ή καταρροή, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με ιατρό. Ακόμη κι αν δεν υπάρχουν συμπτώματα και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, συνεχίστε να εφαρμόζετε τα ισχύοντα μέτρα προστασίας.

Σύμβολα

ΣΥΜΒΟΛΑ

IVD	Για διαγνωστική χρήση in vitro		Βλ. οδηγίες χρήσης
REF	Αριθμός καταλόγου	LOT	Αριθμός παρτίδας
	Ημερομηνία λήξης		Ημερομηνία παραγωγής
	Μην επαναχρησιμοποιείτε		Αποθηκεύστε σε 2 έως 30 °C
	Διατηρήστε μακριά από το ηλιακό φως		Διατηρήστε σε στεγνό μέρος
	Κατασκευαστής	EC REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd.
8th Floor, Building A, No.16-1, Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi subdistrict, Pingshan District, 518118, Shenzhen, China.
Tel: +86 755-86969964 Fax: +86 755-26658059, http://www.watmind.com

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

SCHREINER MEDICAL